

仕 様 書

仕様書番号：

調達機器名	電動ドリルハットピース
調達数量	一式

1. 機器の構成

1-1	電動式ハットピース	2個
1-2	パフューターアタッチメント	2個
1-3	ガードカバー付アタッチメント	2個
1-4	ストレートアタッチメント 7cm	2個
1-5	ストレートアタッチメント 10cm	2個

2. 構成品の仕様

- 2-1 電動式ハットピースは、以下の要件を満たすこと
 - 2-1-1 本体寸法はL980×φ160mm以下であること
 - 2-1-2 本体重量は90g以下であること
 - 2-1-3 ケーブルの長さは460cm以下であること
 - 2-1-4 当院既設のコンソールに接続可能なこと
 - 2-1-5 回転数は75,000rpmであること
 - 2-1-6 既設コンソールのフットスイッチを使用し、以下の操作が可能なこと
 - 2-1-6-1 フットペダルでの回転数の調整可能なこと(可変速度モード)
 - 2-1-6-2 モード選択ボタンでのFWD(フォワード)またはREV(リバース)の切り替えが可能なこと
 - 2-1-6-3 コントロール選択ボタンでの「スタート/ストップモード」と「可変速度モード」の切り替えが可能なこと
 - 2-1-6-4 ハットピース選択ボタンでハットピースの変更が可能なこと
 - 2-1-7 既設コンソールのタッチスクリーンを使用し、以下の制御が可能なこと
 - 2-1-7-1 「Mode」でFWD(フォワード)またはREV(リバース)の選択可能なこと
 - 2-1-7-2 「Speed」で回転数を200～75,000rpmの間で調整可能なこと
 - 2-1-7-3 「Pump」で irrigation 流量の調整、間欠 irrigation と連続 irrigation の切替可能なこと
 - 2-1-7-4 Acceleration(加速度)とDeceleration(減速度)の調整可能なこと
- 2-2 パフューターアタッチメントは、以下の要件を満たすこと
 - 2-2-1 パフューターアタッチメントを有すること
- 2-3 ガードカバー付アタッチメントは、以下の要件を満たすこと
 - 2-3-1 ガードカバー付アタッチメントを有すること
- 2-4 ストレートアタッチメント 7cmは、以下の要件を満たすこと
 - 2-4-1 内径は2.5mm以下であること
 - 2-4-2 ストレートアタッチメント 7cmを有すること
- 2-5 ストレートアタッチメント 10cmは、以下の要件を満たすこと

- 2-5-1 内径は2.5mm以下であること
- 2-5-2 ストレートアタッチメント 10cmを有すること

3. その他

- 3-1 調達物品に関しては、以下の要件を満たすこと
 - 3-1-1 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の承諾が必要な物品は、入札時点において承認を得ていること
 - 3-1-2 公告から納品までの期間内に、後継機種が発売される場合に関しては、それに伴う資料等を準備の上提案を行うことを認める。なお決定については院内協議の可否の判断を行う
- 3-2 調達機器の搬入・設置等は、以下の要件を満たすこと
 - 3-2-1 養生、搬入、設置、調整、接続、トレーニングに掛かる費用の一切を含むこと
 - 3-2-2 装置の稼働及び使用にあたり必要な物品を含むこと
 - 3-2-3 据付設置及び作業が必要な物品は搬入前に現地下見を実施すること
 - 3-2-4 作業日時に遅延が生じる場合は事前に連絡すること
 - 3-2-5 当院が指定した場所に本装置を設置し、試運転調整を行うこと
 - 3-2-6 機器の転倒、落下を防止するための対策を設けること
 - 3-2-7 設置・稼働に際して、必要な届出、検査、書類作成も本調達に含むこと
 - 3-2-8 搬入据付設置作業で発生する廃棄物は持ち帰り、適切に処分すること
 - 3-2-9 装置のセッアップにあたって、当院の担当者と充分協議を行うこと
 - 3-2-10 設置後の自主検査を行うこと
 - 3-2-11 装置の設置にあたり、現有機器の移動等については当院の指示に従うこと
- 3-3 取扱説明に関しては、以下の要件を満たすこと
 - 3-3-1 納品後、各部署の要望日程に従い、取扱説明を行うこと
 - 3-3-2 納品時に、関連する規格・性能・取扱説明などに関する日本語版の文書を添付すること
- 3-4 保守、サポートに関しては、以下の要件を満たすこと
 - 3-4-1 納品検収月末より1年間は、通常使用により故障した場合の無償修理に応じること
 - 3-4-2 調達物品の故障、不具合に対して、保守等に関する契約を締結するか否かに関わらず、修理等の対応、連絡体制が整備されていること