

仕 様 書

仕様書番号：

調達機器名	ハンフリーフィールドアナライザー
調達数量	1式

1. 機器の構成

1-1	自動視野計	1台
1-2	電動光学台	1台
1-3	プリンタ	1式
1-4	自動視野計データファイルシステムバージョンアップ	1式

2. 構成品の仕様

- 2-1 自動視野計は、以下の要件を満たすこと
 - 2-1-1 本体寸法はW550×D500×H600mm以下であること
 - 2-1-2 本体重量は30kg以下であること
 - 2-1-3 電源は100V、50/60Hz、4.0Aであること
 - 2-1-4 消費電力は400VA以下であること
 - 2-1-5 最大測定範囲は90°（耳側）以上であること
 - 2-1-6 視標呈示時間は200ms/500ms（エスターマン時）であること
 - 2-1-7 非球面型で検査距離は30cm以下であること
 - 2-1-8 背景輝度は自動調光で31.5ASB以上であること
 - 2-1-9 OSはWindows10(64bit)相当以上であること
 - 2-1-10 USBポートを有すること
 - 2-1-11 ディスプレイは液晶タッチスクリーンを採用していること
 - 2-1-12 各種疾患に対応した視野検査プログラムの選択が可能なこと
 - 2-1-13 閾値検査時間を短縮するプログラムを有すること
 - 2-1-14 中心窩閾値を測定する機能を有すること
 - 2-1-15 24-2の中心10°内に、検査ポイントを追加配置したプログラムを有すること
 - 2-1-16 検査結果を本体の保存媒体に保存可能なこと
 - 2-1-17 本体内で検査結果の解析が可能なこと
 - 2-1-18 本体内で複数回の視野検査の結果を元にした進行解析が可能なこと
 - 2-1-19 ハードウェアの追加不要で、エスターマン両眼検査が施行可能なこと
- 2-2 電動光学台は、以下の要件を満たすこと
 - 2-2-1 患者の体軀に合わせてテーブルの上下が電動で調節可能なこと
 - 2-2-2 車椅子患者がそのまま利用できる設計を採用していること

- 2-3 プリンタは、以下の要件を満たすこと
 - 2-3-1 検査結果が印刷可能なこと
- 2-4 自動視野計データライティングシステムバージョンアップは、以下の要件を満たすこと
 - 2-4-1 バージョンアップにより1-1自動視野計本体の検査結果取り込みが可能なこと

- 3. その他
 - 3-1 調達物品に関しては、以下の要件を満たすこと
 - 3-1-1 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の承諾が必要な物品は、入札時点において承認を得ていること
 - 3-1-2 公告から納品までの期間内に、後継機種の発売がされる場合に関しては、それに伴う資料等を準備の上提案を行うことを認める。なお決定については院内協議の可否の判断を行う
 - 3-2 調達機器の搬入・設置等は、以下の要件を満たすこと
 - 3-2-1 養生、搬入、設置、調整、接続、トレーニングに掛かる費用の一切を含むこと
 - 3-2-2 装置の稼働及び使用にあたり必要な物品を含むこと
 - 3-2-3 据付設置及び作業が必要な物品は搬入前に現地下見を実施すること
 - 3-2-4 作業日時に遅延が生じる場合は事前に連絡すること
 - 3-2-5 当院が指定した場所に本装置を設置し、試運転調整を行うこと
 - 3-2-6 機器の転倒、落下を防止するための対策を設けること
 - 3-2-7 設置・稼動に際して、必要な届出、検査、書類作成も本調達に含むこと
 - 3-2-8 搬入据付設置作業で発生する廃棄物は持ち帰り、適切に処分すること
 - 3-2-9 装置のセッアップにあたって、当院の担当者と充分協議を行うこと
 - 3-2-10 設置後の自主検査を行うこと
 - 3-2-11 装置の設置にあたり、現有機器の移動等については当院の指示に従うこと
 - 3-3 取扱説明に関しては、以下の要件を満たすこと
 - 3-3-1 納品後、各部署の要望日程に従い、取扱説明を行うこと
 - 3-3-2 納品時に、関連する規格・性能・取扱説明などに関する日本語版の文書を添付すること
 - 3-4 保守、サポートに関しては、以下の要件を満たすこと
 - 3-4-1 納品検収月末より1年間は、通常使用により故障した場合の無償修理に応じること
 - 3-4-2 調達物品の故障、不具合に対して、保守等に関する契約を締結するか否かに関わらず、修理等の対応、連絡体制が整備されていること